



Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Opole dn., 20.03.2018r.

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy zadania Nr. DM/03/2019 pod nazwą: Dostawa Sprzętu medycznego

W odpowiedzi na wniesione pytania do treści zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności pulsoksymetr z kapnografem firmy Solaris o poniższych parametrach:

SpO₂-zakres pomiaru: 0-100% +/- 2%, Tętno-Zakres pomiaru: 30 – 250 bpm +/- 2%, etCO₂-zakres pomiaru: 0-150 mmHg, 0,1 mmHg (0-69)mmHg, 0,25 mmHg (70-150)mmHg Dokładność: +/-2mmHg (0-40) mmHg, +/-5% (41-70) mmHg, +/-8% (71-100) mmHg, +/-10% (101-150) mmHg, Częstość oddechowa- Zakres pomiaru: 0-150 bpm Normy: Dokładność: +/- 1 bpm, Alarmy-3 – stopniowe: wizualne i dźwiękowe, Akumulator: Litowo polimerowy

Wewnętrzny zasilacz: 3.7-4.2V/4400mAh, Zasilacz: AC100-240V 50/60Hz, DC 5V, Pojemność baterii ≥ 12 godzin (tylko SpO₂), Pojemność baterii ≥ 5 godzin (SpO₂ + CO₂)

Warunki otoczenia- Temperatura pracy: 0°C-50°C, Wilgotność ≤ 95%, Wysokość npm. -390 m – 5 000 m, Temperatura transportu/przechowywania: -20°C-70°C,

Wymiary: 73 mm (W) x 127 mm (H) x 23 mm (D) Waga: 500g

Normy:

ISO 9919:2005(E), EN 60601-1: 1990+A1: 1993+A2: 1995+A13: 1996

IEC60601-1-8: 2005, EN 60601-1-2: 2007, WEEE (2002/96/EC)

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr. 2).

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Ilek. Krzysztof Waszkiewicz
4957005

