



**Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego**  
**adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 2 – 4 , 45 – 369 Opole**  
**tel: (77) 4413639** **fax: (77) 4413645**  
**e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl**  
**NIP: 754-26-50-979**  
**REGON:000292445**  
**Konto: Bank Pekao S. A. I Oddział w Opolu**  
**23124016331111000026519007**  
**KRS: 0000008085**



Opole, dnia 10 grudzień 2018 r.

„Dostawa wyrobów medycznych, wyrobów do dezynfekcji, prześcieradeł jednorazowego użytku w podziale na pakiety (DM18/2019):

- 1) pakiet nr 1 – Wyroby medyczne
- 2) pakiet nr 2 – Środki dezynfekcyjne,
- 3) pakiet nr 3 – Prześcieradła jednorazowego użytku.

W odpowiedzi na wniesione pytania do treści zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela odpowiedzi:

### **Pakiet nr 1 – Wyroby medyczne**

#### **Pytanie nr 1, Pozycja 52**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, **cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm** widoczny w RTG.

Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzaczki o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy**

#### **Pytanie nr 2, Pozycja 52**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, **cewnik o przekroju 12Fr i długościach: 15cm, 17cm, 20cm, 25cm** z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład

którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy**

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 52 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z danego pakietu.**

DYREKTOR  
*Irena Kozłak*  
Irena Kozłak